

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กลุ่มที่ 1 เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา จำนวน 4 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กฤษณ์ กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....<u>ชัญญาณี สุธรรมานนท์</u>.....กรรมการ (นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	<u>กมลศรี บุตรทอง</u>.....กรรมการ (นางสาวกมลศรี บุตรทอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
---	---

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่วันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กฤษณ์ กิ่งศิลป์.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชัญญาณี สุธรรมานนท์..... กรรมการ
 (นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
 (นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กำชัย กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....<u>ณัฏฐา สุพรรณนท์</u>..... กรรมการ (นางสาวณัฏฐา สุพรรณนท์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	<u>กมลศรี บุตรทอง</u>..... กรรมการ (นางสาวกมลศรี บุตรทอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
--	--

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่วันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กำชัย กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิจศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ณัฏฐา สุธรรมานนท์..... กรรมการ
(นางสาวศุภาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง..... กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กลุ่มที่ 2 วัสดุวิทยาศาสตร์อื่นๆ จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าก๊อซฆ่าเชื้อโรคแบบพับเป็นชั้น

คุณลักษณะ

1. เป็นผ้าโปร่งแสงชนิดดูดซึม ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ
2. สามารถดูดซึม ซับน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดี
3. ทำจากเส้นด้ายฝ้าย 100 % ปราศจากไขมัน ปราศจากสารเรืองแสง
4. ขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 3 X 3 นิ้ว
5. บรรจุห่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)
6. บรรจุในห่อผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....กำชัย กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิจศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... <u>ชัญญาณี สุธรรมานนท์</u>กรรมการ	 <u>กมลศรี บุตรทอง</u>กรรมการ
(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)	(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ S

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดบรรจุอย่างน้อย กล่องละ 100 ข้าง
4. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 หรือไม่ต่ำกว่านี้
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่

..... กิ่งกมล ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิ่งศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ศุภรมาณี กรรมการ
(นางสาวศุภรมาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... กมลศรี บุตรทอง กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 100 ข้าง
4. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 หรือไม่ต่ำกว่านี้
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่

.....กฤษ กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิจศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... <u>ชัญญาณี สุธรรมานนท์</u>กรรมการ	 <u>กมลศรี บุตรทอง</u>กรรมการ
(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)	(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 100 ข้าง
4. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 หรือไม่ต่ำกว่านี้
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่

..... เกียรติ กิจศิลป์ ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิจศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ชณิศา สุธรรมานนท์ กรรมการ
(นางสาวชณิศา สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... กมลศรี บุตรทอง กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 3/0

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 3/0
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....**เกษิ์ กิจศิลป์**.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....**ชัญญ์ สุธรรมานนท์**..... กรรมการ
 (นางสาวชัญญ์ สุธรรมานนท์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....**กมลศรี บุตรทอง**..... กรรมการ
 (นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 2/0

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 2/0
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....กฤษฏ์ กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศุภมาส สุธรรมานนท์.....กรรมการ

(นางสาวศุภมาส สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลภายนอกชนิดไม่ละลาย (โพลีเอมิด) แบบม้วน เบอร์ 2/0

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกไร้ร่างกาย ชนิดไม่ละลาย เป็นวัสดุสังเคราะห์ Polyamide แบบ Pseudomonofilament หรือ Twisted and coated multifilament
2. ขนาดเบอร์ 2/0 มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....**กฤษณ์ กิจศิลป์**.....ประธานกรรมการ
 (นายก้าชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ชัญญาณี สุธรรมานนท์ กรรมการ (นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	 กมลศรี บุตรทอง กรรมการ (นางสาวกมลศรี บุตรทอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
---	---

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลภายนอกชนิดไม่ละลาย (โพลีเอมิด) แบบม้วน เบอร์ 3/0

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกไร้ร่างกาย ชนิดไม่ละลาย เป็นวัสดุสังเคราะห์ Polyamide แบบ Pseudomonofilament หรือ Twisted and coated multifilament
2. ขนาดเบอร์ 3/0 มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ /...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....**กำชัย กิจศิลป์**.....ประธานกรรมการ
 (นายกำชัย กิจศิลป์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศุภรณันท์.....กรรมการ (นางสาวศุภรณันท์ สุธรรมานนท์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ภพศิริ บุตรทอง.....กรรมการ (นางสาวภพศิริ บุตรทอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
---	---

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับเช็ดผิวหนัง

คุณลักษณะ

1. เป็นสำลีผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์
2. ใช้สำหรับเช็ดผิวหนัง
3. ขนาดบรรจุมวลละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.182-2545 หรือไม่ต่ำกว่านี้

.....กฤษณ์ กิจศิลป์.....ประธานกรรมการ
(นายกำชัย กิจศิลป์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... <u>ชัญฉวี สุธรรมานนท์</u>กรรมการ	 <u>กมลศรี บุตรทอง</u>กรรมการ
(นางสาวชัญฉวี สุธรรมานนท์)	(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าคลุมผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียว ชนิดปลอดเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุสำหรับคลุมป้องกันสิ่งสกปรกภายนอกตัวสัตว์ขณะทำการผ่าตัด แบบใช้ครั้งเดียว
2. วัสดุทำมาจาก Non Woven เคลือบฟิล์มพลาสติก สามารถป้องกันการซึมเปื้อนได้
3. เป็นสี่เหลี่ยม มีขนาด กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า 60X60 เซนติเมตร ตรงกลางเจาะรูเป็นรูปร่างรี ขนาดเบอร์ S หรือ M
4. มีการทำให้ปราศจากเชื้อ บรรจุในซองปลอดเชื้อซึ่งปิดผนึกสนิทโดยใช้โดยใช้วัสดุ (Medical Grade) ฟิล์มพลาสติก 1 ด้าน และกระดาษ 1 ด้าน มีความทนทาน ไม่มีการชำรุดหรือฉีกขาดของซอง
5. บรรจุซองละ 1 ผืน
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างวัสดุที่จะขายมาพร้อมกับใบเสนอราคา ในกรณีที่ผ่านการทดสอบการใช้งานและได้รับคัดเลือก
2. ผู้เสนอราคาต้องรับรองเป็นเอกสาร แสดงยี่ห้อ และ แหล่งผลิต ตลอดจนการรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือมีซองบรรจุซึ่งแสดงแหล่งผลิต ยี่ห้อ และมีข้อความระบุคุณสมบัติ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
3. คณะกรรมการสอบราคาจะทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่จะเสนอขายว่าถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบราคาให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
4. คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบกับตัวอย่างวัสดุที่เสนอราคาเป็นเกณฑ์ หากสินค้าที่ส่งมอบมีคุณภาพที่ต่ำกว่าตัวอย่างวัสดุ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่กรมฯ แจ้งไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
5. ส่งตัวอย่าง จำนวน 1 ซอง

.....**กฤษณ กิ่งกมล**.....ประธานกรรมการ

(นายกำชัย กิจศิลป์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....**ศุภมาส สุพรรณานนท์**.....กรรมการ

(นางสาวศุภมาส สุพรรณานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....**กมลศรี บุตรทอง**.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ