

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....^{สุรวัดน์ คุณพันธ์}.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ศัญฉวี สุธรรมานนท์}..... กรรมการ
(นางสาวศัญฉวี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี บุตรทอง}..... กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุนวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... สุรวัดน์ คูพันธ์ ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คูพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ศุภรมาณี สุธรรมานนท์ กรรมการ
(นางสาวศุภรมาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... กมลศรี บุตรทอง กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 23 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 23 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....^{สุรวัดน์}.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ศุภรमानนท์}.....กรรมการ
(นางสาวศุภรมาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี บุตรทอง}.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....สุรวัฒน์ คูหพันธ์.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัฒน์ คูหพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชญานี สุธรรมานนท์.....กรรมการ
(นางสาวชญานี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วางวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....สุรวัดน์ คุหพันธ์.....ประธานกรรมการ

(นายสุรวัดน์ คุหพันธ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศัญญาณี สุธรรมานนท์.....กรรมการ

(นางสาวศัญญาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

9. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
10. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
11. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
12. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
13. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
14. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
15. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
16. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....^{สุรวัดน์} ^{คูพันธ์}.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คูพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ชกัญญาณี} ^{สุธรรมานนท์}.....กรรมการ
(นางสาวชกัญญาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี} ^{บุตรทอง}.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าก๊อชฆ่าเชื้อโรคแบบพับเป็นชั้น

คุณลักษณะ

1. เป็นผ้าโปร่งแสงชนิดดุดซิม ชนิดผ่านการการฆ่าเชื้อ
2. สามารถดุดซิม ชับน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดี
3. ทำจากเส้นด้ายฝ้าย 100 % ปราศจากไขมัน ปราศจากสารเรืองแสง
4. ขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 3 X 3 นิ้ว
5. บรรจุห่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)
6. บรรจุในห่อผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....สุรวัดน์ คุณพันธ์.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....อัญญาณี สุธรรมานนท์.....กรรมการ
(นางสาวอัญญาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ S

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดบรรจุอย่างน้อย กล่องละ 100 ข้าง
4. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 หรือไม่ต่ำกว่านี้
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่

.....สุรวัฒน์ คูพันธ์.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัฒน์ คูพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชัญญาณี สุธรรมานนท์.....กรรมการ
(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 100 ข้าง
4. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 หรือไม่ต่ำกว่านี้
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่

.....สุรวัดน์ คุณพันธ์.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศุภมาณี สุธรรมานนท์..... กรรมการ
(นางสาวศุภมาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง..... กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือยางสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดบรรจุอย่างน้อยกล่องละ 100 ข้าง
4. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 หรือไม่ต่ำกว่านี้
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่

.....สุรวัดน์ คุณพันธ์.....ประธานกรรมการ

(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชัญญาณี สุธรรมานนท์..... กรรมการ

(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง..... กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไบมิติโกน ชนิดคม 2 ด้าน

คุณลักษณะ

1. ไบมิติทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมอย่างดี
2. ไบมิติมีความคม 2 ด้าน
3. ขนาดบรรจุกล่องละ 5 ไบ
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ศุภวัฒน์ สุพันธ์ ประธานกรรมการ
(นายสุรวัฒน์ สุพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... อรุณรัตน์ สุธรรมานนท์ กรรมการ
(นางสาวอรุณรัตน์ สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... กมลศรี บุตรทอง กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำเกลือ NSS (1,000 ml) พร้อมเซ็ทสายน้ำเกลือ

คุณลักษณะ

1. สารละลายปราศจากเชื้อใสไม่มีสี ในสารละลายปริมาตร 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
Sodium อย่างน้อย 154 mEq
Chloride อย่างน้อย 154 mEq
และมีค่า Osmolarity ที่ 308 mOsm/L
2. บรรจุในภาชนะบรรจุพลาสติก สำหรับใช้ครั้งเดียว และภาชนะบรรจุพลาสติกต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก.531-2546
3. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพในประเทศไทย โรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพหมายความว่าโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 หรือ มอก.9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation)
4. ฉลากระบุชื่อยาส่วนประกอบตัวยาสําคัญและความแรงวันสิ้นอายุ, เลขที่ผลิต, และเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
6. อายุของยาที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ

.....*สุรวัฒน์ คุหพันธ์*.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัฒน์ คุหพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....*ชัญญาณี สุธรรมานนท์*..... กรรมการ
(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....*กมลศรี บุตรทอง*..... กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 41

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ขนาดเบอร์ 41 บรรจุห่อละ 12 เล่ม
2. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 41 มิลลิเมตร ปลายเข็มแบบเหลี่ยม
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม แข็งแรง ไม่สามารถหักงอได้ง่าย
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....
ศิริวัฒน์ คุณพันธ์ประธานกรรมการ
(นายสุรวัฒน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....
ชัญฉวี สุธรรมานนท์กรรมการ
(นางสาวชัญฉวี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....
กมลศรี บุตรทองกรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 41

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ขนาดเบอร์ 41 บรรจุห่อละ 12 เล่ม
2. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 41 มิลลิเมตร ปลายเข็มแบบกลม
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม แข็งแรง ไม่สามารถหักงอได้ง่าย
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....^{สุรวัดณ์} ^{คูพันธ์}.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดณ์ คูพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ชญาณี} ^{สุธรรมานนท์}.....กรรมการ
(นางสาวชญาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี} ^{บุตรทอง}.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 36

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ขนาดเบอร์ 36 บรรจุห่อละ 12 เล่ม
2. มีความโค้งไม่น้อยกว่า $3/8$ ยาวไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร ปลายเข็มแบบเหลี่ยม
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม แข็งแรง ไม่สามารถหักงอได้ง่าย
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....^{ศิริวัฒน์ คูพันธ์}.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัฒน์ คูพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{พญานัฏ สุธรรมานนท์}.....กรรมการ
(นางสาวศุภณัฐ สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี บุตรทอง}.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 36

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ขนาดเบอร์ 36 บรรจุห่อละ 12 เล่ม
2. มีความโค้งไม่น้อยกว่า $3/8$ ยาวไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร ปลายเข็มแบบกลม
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม แข็งแรง ไม่สามารถหักงอได้ง่าย
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... สุรวุฒิ คุณพันธ์ ประธานกรรมการ
(นายสุรวุฒิ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ขกษาศิ สุธรรมานนท์ กรรมการ
(นางสาวขกษาศิ สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... กมลศรี บุตรทอง กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 28

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ขนาดเบอร์ 28 บรรจุห่อละ 12 เล่ม
2. มีความโค้งไม่น้อยกว่า $3/8$ ยาวไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ปลายเข็มแบบเหลี่ยม
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม แข็งแรง ไม่สามารถหักงอได้ง่าย
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....สุรวัดน์ คุณพันธ์.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศกัญญาณี สุธรรมานนท์.....กรรมการ
(นางสาวศกัญญาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 28

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล ขนาดเบอร์ 28 บรรจุห่อละ 12 เล่ม
2. มีความโค้งไม่น้อยกว่า $3/8$ ยาวไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ปลายเข็มแบบกลม
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม แข็งแรง ไม่สามารถหักงอได้ง่าย
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....^{สุรวัดน์}.....^{คุณพันธ์}.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ศยามณี}.....^{สุธรรมานนท์}.....กรรมการ
(นางสาวศยามณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี}.....^{บุตรทอง}.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 2/0

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 2/0
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัสดุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ .../...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....สุรวัดน์ คูพันธ์.....ประธานกรรมการ

(นายสุรวัดน์ คูพันธ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ชัญญาณี สุธรรมานนท์.....กรรมการ

(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 0

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 0
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ .../...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....^{สุรวัดณ์} ^{คุณพันธ์}.....ประธานกรรมการ

(นายสุรวัดณ์ คุณพันธ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ชัญญาณี} ^{สุธรรมานนท์}.....กรรมการ

(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี} ^{บุตรทอง}.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผล โครมิก แคทกัท แบบม้วน เบอร์ 1

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายเอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP : 1
2. เส้นใยมีความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ภายในบรรจุน้ำยาเคมี อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ .../...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....^{สุรวัดณ์} ^{คูพันธ์}.....ประธานกรรมการ

(นายสุรวัดณ์ คูพันธ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ชัญฉวี} ^{สุธรรมานนท์}..... กรรมการ

(นางสาวชัญฉวี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี} ^{บุตรทอง}..... กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลภายนอกชนิดไม่ละลาย (โพลีเอมิด) แบบม้วน เบอร์ 2/0

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกร่างกาย ชนิดไม่ละลาย เป็นวัสดุสังเคราะห์ Polyamide แบบ Pseudomonofilament
2. ขนาดเบอร์ 2/0 มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ .../...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

..... สุรวัดน์ คุณพันธ์ ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ชัญญาณี สุธรรมานนท์ กรรมการ
(นางสาวชัญญาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... กมลศรี บุตรทอง กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลภายนอกชนิดไม่ละลาย (โพลีเอมิด) แบบม้วน เบอร์ 0

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกร่างกาย ชนิดไม่ละลาย เป็นวัสดุสังเคราะห์ Polyamide แบบ Pseudomonofilament
2. ขนาดเบอร์ 0 มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อม้วน
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (Sterilization)
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น
8. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่ .../...” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น 62/2562(ปศข.8))

.....*สุรวัดน์ คุณพันธ์*.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวัดน์ คุณพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....*ศกัญญา สุธรรมานนท์*.....กรรมการ
(นางสาวศกัญญา สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....*กมลศรี บุตรทอง*.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับเช็ดผิวหนัง

คุณลักษณะ

1. เป็นสำลีผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์
2. ใช้สำหรับเช็ดผิวหนัง
3. ขนาดบรรจุม้วนละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.182-2545 หรือไม่ต่ำกว่านี้

.....สุรวิวัฒน์ คูพันธ์.....ประธานกรรมการ
(นายสุรวิวัฒน์ คูพันธ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....ศศิมาณี สุธรรมานนท์..... กรรมการ
(นางสาวศศิมาณี สุธรรมานนท์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....กมลศรี บุตรทอง.....กรรมการ
(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าคลุมผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียว ชนิดปลอดเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุสำหรับคลุมป้องกันสิ่งสกปรกภายนอกตัวสัตว์ขณะทำการผ่าตัด แบบใช้ครั้งเดียว
2. วัสดุทำมาจาก Non Woven เคลือบฟิล์มพลาสติก สามารถป้องกันการซึมเปื้อนได้
3. เป็นสี่เหลี่ยม มีขนาด กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า 60X60 เซนติเมตร ตรงกลางเจาะรูเป็นรูปวงรี ขนาดเบอร์ S หรือ M หรือ L
4. มีการทำให้ปราศจากเชื้อ บรรจุในซองปลอดเชื้อซึ่งปิดผนึกสนิทโดยใช้โดยใช้วัสดุ (Medical Grade) ฟิล์มพลาสติก 1 ด้าน และกระดาษ 1 ด้าน มีความทนทาน ไม่มีการชำรุดหรือฉีกขาดของซอง
5. บรรจุซองละ 1 ผืน
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างวัสดุที่จะขายมาพร้อมกับใบเสนอราคา ในกรณีที่ผ่านการทดสอบการใช้งานและได้รับคัดเลือก
2. ผู้เสนอราคาต้องรับรองเป็นเอกสาร แสดงยี่ห้อ และ แหล่งผลิต ตลอดจนการรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือมีของบรรจุซึ่งแสดงแหล่งผลิต ยี่ห้อ และมีข้อความระบุคุณสมบัติ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
3. คณะกรรมการสอบราคาจะทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่จะเสนอขายว่าถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบราคาให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
4. คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบกับตัวอย่างวัสดุที่เสนอราคาเป็นเกณฑ์ หากสินค้าที่ส่งมอบมีคุณภาพที่ต่ำกว่าตัวอย่างวัสดุ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่กรมฯ แจ้งไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
5. ส่งตัวอย่าง จำนวน 1 ซอง

..... สุวัฒน์ สุพงษ์ ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์ สุพงษ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ศศิมาณี สุธรรมานนท์ กรรมการ

(นางสาวศศิมาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

..... อรุณศรี บุตรทอง กรรมการ

(นางสาวอรุณศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เทปผ้าทางการแพทย์

คุณลักษณะ

1. ทำจากผ้าใยสังเคราะห์เคลือบกาวด้านใน
2. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
3. ม้วนละ 10 หลา
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

.....^{สุรวัดน์}.....ประธานกรรมการ

(นายสุรวัดน์ คูหพันธ์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....^{ศุภรमानนท์}.....กรรมการ

(นางสาวศุภรมาณี สุธรรมานนท์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....^{กมลศรี บุตรทอง}.....กรรมการ

(นางสาวกมลศรี บุตรทอง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ